

Ansell

実験用グローブ セレクトカタログ



今ご使用の手袋は法改正に対応済みですか？

新たな化学物質規制が導入されます。

化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められます。

*健康障害の恐れがある有害物質に応じて、労働者に障害防止用の保護具の着用が **2024年4月より義務化**されます。

2023年4月1日

努力義務



【法改正】

2024年4月1日

義務



キャンペーン情報
はこちら



サンプル依頼
はこちら



デジタルカタログ
はこちら

BMBio  ビーエム機器株式会社

AnsellGUARDIAN® は、安全のエキスパートであるアンセルが、45年におよぶ安全検査の経験とデータを基に、各人に応じた安全性、生産性の向上をご提案するサービスです。



安全

お客様に合わせたソリューション

適切な保護手袋を選んでいますか？

2017年1月12日厚生労働省労働基準局から基発0112号が発令

厚生労働省労働基準局 基発0112号

※ 基発0112号のJISの部分抜粋

- 1 第1事業者が留意する事項
- 2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項
「化学防護手袋の選択に当たっては、取扱説明書等に記載された試験化学物質に対する耐透過性クラスを参考として、作業で使用する化学物質の種類及び当該化学物質の使用時間に応じた耐透過性を有し、作業性の良いものを選ぶこと。」

防護性が失われる状況



透過

化学物質がバリア材を透過する間に、分子レベルで移動すること。化学物質がバリア材を透過する速度は「透過時間」と呼ばれ、保護時間(分)として表されます。



劣化

化学物質との接触により、バリア材1つ以上の性質が物理的に変化する。指標としては、目に見える変化、伸び、表面の割けや亀裂などがみられます。



浸透

一般に穴開きや劣化によって生じるバリア材の細孔、縫い目の隙間、割れ、不完全な部分を通じて化学物質が移動します。

アンセルの耐薬品手袋の全商品は、JIS T 8116(ASTM F 739)の試験データを保有しております。

JIS T 8116 耐透過性の分類

クラス	平均標準破過点検出時間(分)
6	>480
5	>240
4	>120
3	>60
2	>30
1	>10
X	<10

アンセルのガイド

保護性能	(ケミカルガードイアンセルのレポートにはXクラスと保護性能が補足されます。)
優れた保護	
優れた保護	
中程度の保護	
中程度の保護	
飛沫に対する保護	
飛沫に対する保護	
推奨されない	

透過データの調査
ご依頼はこちら!



使用化学薬品の管理の細かさという壁

現場で使われる薬品は多岐にわたり、現場ごとにデータを揃えるのは大変です。

アンセル社は、保有の約3万種類の薬品データを利用し、適切な手袋をご提案します。時間と手間がかかる調査を、約3万種類の薬品データを利用し、簡単に選べるチャート表で回答します。



Material	LLDPE	Nitrile			Nitrile/Neoprene	PVA	PVC	Viton Butyl					
Thickness (mm)	0.662	0.12	0.56	N.A.		0.19	N.A.	0.2					
Product Name / Style	Barrier	TouchHTuff®	Solvex®	AlphaTec®	AlphaTec®	AlphaTec®	MICROFLEX®	PVA	Snorkel	ChemTek			
Type	CAS	Chemical name	%	02-100	92-500, 600,605 / 93-250, 300,700	77-185, 186,165	58-270	38-230	38-335	13-260	15-554	64-414	38-612
sgl	75-05-8	アセトニトリル	100	<10	<10	<10	<10	10-30	5'	3'	15'	<10'	70'
sgl	67-64-1	アセトン	100	<10	<10	<10	<10	<10	3'	5'	15'	<5'	70'
sgl	67-63-0	イソプロパノール	70	<10	170-280	<10	170-280	<10	<10	200-400	10-30	10-120	<10
sgl	7782-50-5	炭化水素	1	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

Ansell® は Ansell Limited が所有しています。© 2023 Ansell Limited, All Rights Reserved.

Ansell

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL : 03-6666-5903 / FAX : 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL : 03-6666-5902 / FAX : 03-5677-4081